

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби (Реагент для проведення дослідження води на Legionella pneumophila (НК 024:2023:61296 Мікропланшет IVD (діагностика in vitro) / НК 031:2024:W0104010402 ХРОМОГЕННІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (ПЛАНШЕТИ)))

Місце знаходження : 21018, м. Вінниця, вул. Малиновського 11.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-09-009165-a

1.Обґрунтування доцільності закупівлі. Забезпечення бактеріологічної лабораторії реагентами для дослідження води .

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі :

ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби (Реагент для проведення дослідження води на Legionella pneumophila (НК 024:2023:61296 Мікропланшет IVD (діагностика in vitro) / НК 031:2024:W0104010402 ХРОМОГЕННІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (ПЛАНШЕТИ)))

№ п/п	Назва товару, що закуповується*	Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 / НК 031:2024	Одиниця виміру	Кількість	Медико-технічні вимоги		Відповідність Так/Ні (сторінка технічної документації)
1	Реагент для проведення дослідження води на Legionella pneumophila Реагент Legiolert для 100 мл зразку 20 штук в упаковці або еквівалент	61296 Мікропланшет IVD (діагностика in vitro) / W0104010402 ХРОМОГЕННІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (ПЛАНШЕТИ)	паков.	1	Використання	Поживний субстрат в індивідуальній упаковці для проб води об'ємом 100 мл. Призначений для проведення дослідження води на Legionella pneumophila	
					Отримання результату	Через 7 діб	
					Температура інкубації	37±1°C. 39±1°C	
					Обсяг проби	100 мл	

** у разі наявності посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати з виразом «або еквівалент» (таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент»).*

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своїх тендерних пропозицій в електронному (сканованому) вигляді документи, які передбачені медико-технічними вимогами, та інші необхідні документи (гарантійні листи, довідки тощо) згідно з переліком:

1. На товар, що пропонується учасником, повинні бути надані копії інструкцій (керівництва) по застосуванню та копії сертифікатів якості українською мовою.
2. Технічні та якісні характеристики, форма випуску товару повинні відповідати таким, що вказані в тендерній документації. У випадку якщо учасником у складі тендерної пропозиції запропоновано еквівалентні товари, то на такі товари наявність еквівалентності повинна бути підтверджена наданням детальної порівняльної характеристики запропонованого учасником товару та товару, що визначений в цьому Додатку, а також копією інструкції з використання і сертифікату якості, виданого виробником на запропонований учасником товар. Надані документи повинні підтверджувати відповідність товару заявленим характеристикам.
3. Залишковий термін придатності товарів на момент постачання повинен складати не менше 80% загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по використанню (**учасник повинен надати гарантійний лист про залишковий термін придатності**).
4. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання і транспортування запропонованих товарів.

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення. Розмір бюджетного призначення згідно плану закупівлі становить - 41 176,22 гривень з ПДВ відповідно до кошторисних призначень на 2026 рік .

4. Обґрунтування очікуваної вартості. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформовано з урахуванням комерційних пропозицій наданих дистриб'юторами відповідних виробників.

- Очікувана вартість предмету закупівлі – 34 313,85 грн. без ПДВ

- КЕКВ 2220.

Генеральний директор

Фахівець з публічних закупівель



Ігор МАТКОВСЬКИЙ

Юлія ПЕТЕРБУРГСЬКА