

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ДК 021:2015 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з перевірки та калібрування засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання)

Місце знаходження : 21018, м. Вінниця, вул. Малиновського 11.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-07-011707-a

1.Обґрунтування доцільності закупівлі. Згідно п.1 ст.17 ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній перевірці та перевірці після ремонту. ДУ «Вінницький ОЦКПХ МОЗ» забезпечує перевірку засобів вимірювальної техніки на вимогу Закону .

З метою забезпечення вимог міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, за яким акредитований Випробувальний центр ДУ «Вінницький ОЦКПХ МОЗ» в установі проводиться калібрування засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

Зазначені у Додатку 1.

3.Обґрунтування розміру бюджетного призначення. згідно кошторисних призначень на 2026 рік.

4. Обґрунтування очікуваної вартості. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформовано згідно комерційних пропозицій.

Очікувана вартість предмету закупівлі – 722 720 грн без ПДВ

Генеральний директор

Начальник сектору закупівель



Ігор МАТКОВСЬКИЙ

Світлана ЛЕБІДЬ

Додаток 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання)

№	Назва ЗВТ, ВО та ДО	Тип	Зав.№	ТОЧКИ КАЛІБРУВАННЯ	Місцезнаходження обладнання	Кількість послуг
1	Аналізатор газовий	Палладий-3	69	CO	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2
		Палладий-3М	36	CO	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
2	Газоаналізатор	APNA-370	інв№ 101450926	NO ₂ , NO	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	7
		Аквілон 1-1	226	CO	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		КСМ -05 604-662ЄХ11-02	111	CO	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		Дозор –С-М-2	1218	CO		
		КСМ -05 СМ-2-NO2	51	NO ₂		

		KCM -05 604-342ЄX07-02	110	NH ₃		
		Аквілон	63	CO	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
3	Газоаналізатор (аналізатор CO в повітрі)	APMA-370	інВ№ 101450930	CO	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
4	Газоаналізатор CO	Testo 317-3	31751471	CO	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	5
		Аквілон 1-1	93	CO	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			55	CO	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			132	CO	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			238	CO	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
5	Газоаналізатор (SO ₂ , NO ₂)	SKY 2000	250620B2	SO ₂ ,NO2	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	2
			2412209B1	SO ₂ ,NO2	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
6	Аналізатор імуноферментний	«SunRise»	901003984	400; 620; 700 (нм)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	4
		«Multiskan FC»	357-711446 T	405; 620 (нм)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			357-01121T	405; 620 (нм)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			785BR27097T	405; 620 (нм)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
7	Аналізатор іонів	AI-125	10140146	2; 3; 4 (рХ) 4; 7; 10 ((рН))	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6	1

8	Ареометр для молока	АМТ	11161	1020; 1040 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2
			10	1020; 1040 (кг/м³)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
9	Ареометр для спирту	АСП-1	326	5; 10 (%)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	8
		АСП-1	770	15; 2 (%)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		АСП-1	9	20; 30 (%)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		АСП-1	134	40; 45 (%)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		АСП-1	28	50; 55 (%)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		АСП-1	20	60; 65 (%)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		АСП-1	74	80; 85 (%)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		АСП-1	2	90; 95 (%)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
10	Ареометр для спирту (60-100%)	АСПТ	60	60; 80; 100 (%)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	1
11	Ареометр для цукру	АС-3	111	0; 25 %	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2
			100	25; 50 %	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
12	Ареометр загального призначення	АОН-2	554	1000; 1020; 1030; 1040; 1060; 1070; 1080 (кг/м³)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	12

			5	1000; 1020; 1030; 1040; 1060; 1070; 1080 (кг/м³)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			АОН-3	83323	1250 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
		АОН-1		В 472	1250 (кг/м³)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2
			62	1280; 1300 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			10	1120 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			10	1180 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			86	1240; 1300 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			10	1300 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			10	1360 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			10	1180; 1240 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			10	1360; 1420 (кг/м³)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
13	Аспіратор для відбору проб повітря	модель 822	892690	4 канала	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2
		ASA-2M	1294	2 канала	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
14	Аспіратор електричний	ASA-4M	1295	4 канала	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	3
			1430	4 канала	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	

			1390	4 канала	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
15	Баня водяна	БВ-10-2	б/н	56; 60; 80 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
16	Барометр	М-67	2360	98; 100; 115 (кПа)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	12
		БАММ-1	1	96; 98; 100; 102; 104 (кПа)		
			12909	98; 100; 102 (кПа)		
			934	95; 100; 105(кПа)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, ба	
			1215	95; 100; 105 (кПа)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			603	98,100,102 (кПа)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			814	98; 100; 102 (кПа)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			1107	90; 96; 100; 104 (кПа)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			1276	90; 96; 100; 104 (кПа)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			584	90; 100; 104 (кПа)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	

			15376	90; 104 (кПа)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			929	90; 104(кПа)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
17	Вага електронна	AD 500	1136	1; 5; 10; 100 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	11
		«Axis» 500 Польща	№7198	10;50;100;200 (г)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
		AD 200	2166	5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			1817	5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			758	5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			1448	20;0; 100;0; 200;0 (г)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			1962	20; 100;0; 200;0 (г)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
		WLC 6/c/1	305371	100; 500; 1000; 2000; 5000 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			310231	100; 500; 1000; 2000; 5000 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		AS-220/C	311072	5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			333757	1; 5; 20; 50; 100; 200 (г)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
18	Вага лабораторна	VIC-412-U	25291916	10; 50; 100; 200; 250 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	30
		TBE-3-0,05	485	100; 200; 500; 1000; 2000 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		XAS 220/C	258625	10; 100; 200 (г)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
		AR2140	83292770416	1; 5; 10; 50; 100 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		E12140	1121303713	1; 5; 10; 50; 100 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		WPS 1200/C/2	201828	10; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		WPS 1200/C/1	209967	10; 50; 100; 500; 1000 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			205306	10; 50; 100; 500; 1000 (г)		

			21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
ВЛР-200	937	1; 20; 50; 100; 200(г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11
	661	1; 5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	815	1; 5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	322	1; 5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	622	1; 5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	678	1; 5; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
ВЛ-4	74	50;100;200 (г)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112
ВТ-500г-М	2885	5; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
ВЛКТ-500г-М	605	5; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	594	5; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	179	5; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	406	5; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	698	5; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
	98	5; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
ВЛКТ-500	254	5; 20; 50; 100; 200; 500 (г)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2
	300	100; 200; 500 (г)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56
	256	0,5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 300; 400; 500 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11
WPS 360/C/2	107634/03	0,5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 300 (г)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
LP 1502	404056	100; 500; 1000 (г)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
AR 2130	8329290532	1; 5; 10; 100; 200 (г)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40

		XAS 220/C	223753	10; 20; 50; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			204453	10; 20; 50; 100; 200 (г)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а	
19	Ваги електронні лабораторні	ARA 520	1125403938	10; 50; 100; 500; 1000 (г)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	12
		TBE-1-0,01	624		23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			678	0,5; 5; 20; 50; 100; 200; 300 (г)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
		AS 110/c	306957	10; 50; 100 (г)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
		A-250	6553	0,2; 1; 20; 50; 70; 100; 120; 150; 200; 250 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			6234	0,2; 1; 20; 50; 70; 100; 120; 150; 200; 250 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
		AS 220.R2	462	0,01; 0,5; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
		AD-1000	1160	50; 200; 500; 1000 (г)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		BTU 210	5533	5; 20; 50; 100; 200 (г)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		TBE-1-0,01	623	50; 500; 1000 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
		AhC 2100.2-U	24502041	10, 100, 500, 1000, 2000 (г)	м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
		TBE-0,21-0,001	11313	0,5; 5; 20; 50; 100; 200; 300 (г)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
20	Ваги технічні лабораторні	ВЛ-4	5279	50; 200; 500; 1000 (г)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	2
			10204	50; 200; 500; 1000 (г)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
21	Ваги технічні	T-1000	6002	5, 50, 200, 500, 1000 (г)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	4
			9401	5, 50, 200, 500, 1000 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		ВНЗ	41363	500; 1000; 2000 (г)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
		РН-3Ц13У	8590	500; 1000; 2000 г		

					21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
22	Ваги аналітичні	AXIS AN-200	18	10; 100; 200 (г)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	5
		AXIS AD-200	1719	10; 100; 200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		AXIS AD-1000	1415	10; 500; 1000 (г)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			1536	10; 500; 1000 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		XAS 220/c	260429	2; 20; 100 (г)		
23	Ваги електронні аналітичні	Sartorius ЕД 2245	21910214	10; 100; 200 (г)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	2
		ED 224S Sartorius Extend	21505560	10; 100; 200 (г)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
24	Ваги	BA-4	9315	0;1000 (г)	23400 с-ще Муровані Курилівці, вул.Жовтнева, 87а	2
		TCS-150kg	1128897	Повірка	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
25	Вимірювач артеріального тиску автоматичний	VEGA VA-340	2401021435	Повірка	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		VEGA VA-340	2406018117	Повірка		
26	Гиря F1 1000 г	Ulab	72	1000 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
27	Гиря F1 200 г	Ulab	30	200 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	5
			9793	200 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			70	200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	

			74	200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			99	200 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
28	Гиря F1 2000 г	Ulab	27	2000 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
29	Гиря в наборі 1 мг-100 г F1 (21 шт)	Ulab	830	0,002; 0,001; 0,01; 0,005; 0,05; 0,02; 0,2; 0,1; 1; 0,5; 5; 2; 20; 10; 50; 100 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	3
			110	0,002; 0,001; 0,01; 0,005; 0,05; 0,02; 0,2; 0,1; 1; 0,5; 5; 2; 20; 10; 50; 100 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			271	0,002; 0,001; 0,01; 0,005; 0,05; 0,02; 0,2; 0,1; 1; 0,5; 5; 2; 20; 10; 50; 100 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	

30	Набір гир класу М1	Г-4-1111,10	369	0,01; 0,02; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,2; 0,5; 1; 2; 2*; 5; 10; 20; 20*; 50; 100; 200; 200*; 500 (г)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	4
		Г-4-1111,10	89	0,01; 0,02; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,2; 0,5; 1; 2; 2*; 5; 10; 20; 20*; 50; 100; 200; 200*; 500 (г)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
		Г-4-1111,10	б/н	0,01; 0,02; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,2; 0,5; 1; 2; 2*; 5; 10; 20; 20*; 50; 100; 200; 200*; 500 (г)	23400 с-ще Муровані Курилівці, вул.Жовтнева, 87а	
		Г-4-1111,10	б/н	0,01; 0,02; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,2; 0,5; 1; 2; 2*; 5; 10; 20; 20*; 50; 100; 200; 200*; 500 (г)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
31	Гирі загального призначення (18 гир)	Г-4-1111.10	б/н	0,01; 0,02; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,2; 0,5; 1; 2; 2*; 5; 10; 20; 20*; 50; 100; 200; 200*; 500 (г)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	1
32	Гиря	М1	9798	200 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	1
33	Набір гир	Г-4-1111.10 (20 шт)	1136066	0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	10

		Г-4-1111.10	90	0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 (г) 21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
		Г-4-III.10	8	0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 (г)
			6	0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 (г) 21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
		Г-4	б/н	

				0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 (г)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		Г-4-111110	Б/Н	0,02; 0,2; 2; 20; 200(г)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
		Г-2-210 (9шт)	986	1; 2; 2*; 5; 10; 20; 20*; 50; 100 (г)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			344	1; 2; 2*; 5; 10; 20; 20*; 50; 100 (г)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
		Г-2-210	1208	1; 2; 2*; 5; 10; 20; 20*; 50; 100 (г)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			б/н	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
34	Психрометр	МВ-4-2М	78	Сухий та вологий термометр 16, 20, 25 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	8
			74		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	

			6703		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			113		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			78		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			51		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			3231		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			114		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
35	Психрометр аспіраційний	МВ-4М	10574	Сухий термометр 10; 20; 25; 30;40 (°C) вологий термометр 15; 20; 25; 30 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	6
			701		22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, ба	
			15545		22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			14231			

					23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			17515			
			5127		22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
					24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
36	Психрометр М-34	М-34	17475	16,20,25 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	1
37	Гігрометр психрометричний	ВИТ-1	7207	Сухий термометр 16, 20, 25 °C вологий термометр 16, 20, 25°C	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	67
			8519		23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			1		23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			2		23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			3		23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			4		23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			5		23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			2322	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			2312	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			2311	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	

			Л917	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17
			б/н	Сухий термометр 16, 20, 25 °С вологий термометр 16, 20, 25°С	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
			А108		
			з1622		
			У9019		
			У9020		
			У9016		
			У9002		
			У8994		
			У9015		
			У9005		
			У9014		
		ВИТ-2	з1629	Сухий термометр 15, 25, 30 °С вологий термометр 15, 25, 30°С	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
			з1622		
			з1615		
			Л4360		
			Л4332		
			Л4343		
			Л4346		
			Л4357		
			Л4340		
			Л4341		
			388		
			Л465		
			В286		

			Д765		
			Д775		
			Д797		
			Д782		
			Д827		
			В290		
			У812		
			В314		
			1322		
			К411		
			К422		
			б/н		22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
			б/н	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17
			№132		24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40
			70982		
			70868		
			40		
			11		
			Б 625	Сухий термометр 15, 25, 30 °С вологий термометр 15, 25, 30°С	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2
			Б 661		
			Ю 5984		
			З 1440		
			Л 5344		
			3114		

			5469		24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			3073			
			39			
			45			
			35			
		ВИТ-III- 2	2583		24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			2562			
			2580			
38	Дозатор 12-канальний	Socorex Acura	19071061	5, 25, 50 (мкл)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2
			20021032	100, 200, 350 (мкл)		3
39	Дозатор	Profiller 446	W6535	1(мкл)		
			W6536	5;10;25(мкл)		
			AA4438	5;10;25(мкл)		
40	Мікролітрова піпетка	Transferpette Al(pH)a 0.5-10 мкл	21C36369	1; 5; 10 (мкл)		4
			21C36382	1; 5; 10 (мкл)		
			21C36370	1; 5; 10 (мкл)		
		Transferpette 5-50 мкл,8-канальна	22K81484	5; 25; 50 (мкл)		1
41	Дозатор багатоканальний піпеточний	Лайт ДПБЗ-8-30- 300 мкл	2125893	30; 150; 300 (мкл)		
42	Дозатор одноканальний	Transferprtte S	20C50289	100; 500; 1000 (мкл)		2

		Ленпіпет ДПОПц-1-5-50	BN 85967	5; 25; 50 (мкл)		
43	Дозатор 8-канальний	ДПМП-8-30-300	2124405	30, 150,300 мкл		
			2124414	30,150,300 мкл		
		Handypette Auclavables	230115996	30; 150; 300 (мкл)		
			230115978	1; 5; 10 мкл		
		ДПМПц-8-5-50	BN 89145	5; 25; 50 (мкл)		
			BN 26250	5; 25; 50 (мкл)		
			BN 89143	5; 25; 50 (мкл)		
		BN 90170				
		ДПМПц-8-30-300	BN 90168	50; 150; 300 (мкл)		
			2124404	30; 150; 300 (мкл)		
ДПМПц-8В	BN35510	5; 25; 50 (мкл)				
44	Дозатор поршневий 8- канальний	Sartorius Biohit	4539302022	5; 25; 50 (мкл)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	2
		Ependorf Explorer Plus	N71824	30; 150; 300 (мкл)		
45	Дозатор піпетковий 8- канальний поршневий	Ленпіпет ДПОПц-8-5-50	BM/BN 89145	5; 25; 50 (мкл)		1
46	Дозатор мікролітровий	Transerpette	22K81491	5; 25; 50 (мкл)		1
47	Дозатор піпетковий	Transferpette S	21B30149	20; 100; 200 (мкл)		2
		LM-100	646040597	5; 25; 50 (мкл)		
48		П-1-100-1000	487892	100; 500; 1000 (мкл)		36

	Дозатор піпетковий 1-канальний поршневий				21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		П-1	БК 10356	20; 100; 200; (мкл)		
		Ленпіпет ДПОПц-1-100-1000	BN 89576	100; 500; 1000 (мкл)		
		Ленпіпет ДПОПц-1-5-50	BN 86127	5; 25; 50(мкл)		
		Ленпіпет	BN 86135	5; 25; 50 (мкл)		
		Ленпіпет ДПОПц-1-20-200	413907	20; 100; 200 (мкл)		
			BN 83833	20; 100; 200 (мкл)		
			BM05119	20; 100; 200 (мкл)		
			413906	20; 100; 200 (мкл)		
		Socorex Acura	20051550	10; 50; 100(мкл)		
			20041264	2; 10; 20 (мкл)		
			20051549	20; 100; 200 (мкл)		
			20061845	20; 100; 200 (мкл)		
			20031140	2; 10; 20 (мкл)		
			20051541	10; 50; 100(мкл)		
			20051554	10; 50; 100(мкл)		
			20061052	1;5; 10 (мкл)		
			20061546	100; 500; 1000 (мкл)		
			20061547	20; 100; 200 (мкл)		

			20061048	1; 5; 10 (мкл)		
			20061549	100; 500; 1000 (мкл)		
			20061552	100; 500; 1000 (мкл)		
			20061843	20; 100; 200 (мкл)		
			20051866	20; 100; 200 (мкл)		
			20051867	20; 100; 200 (мкл)		
			20041990	1; 5; 10 (мкл)		
			20041991	1; 5; 10 (мкл)		
			20051555	10; 50; 100(мкл)		
			20061550	100; 500; 1000 (мкл)		
			20061551	20; 100; 200 (мкл)		
			20031139	2; 10; 20 (мкл)		
			30061160	100; 500; 1000 (мкл)		
			30061201	100; 500; 1000 (мкл)		
			30061626	10; 50; 100(мкл)		
			30061841	1; 5; 10 (мкл)		
			30061844	1; 5; 10 (мкл)		
49	Дозатор піпетковий 1-канальний поршневий з регульованим об'ємом дози	Transferpette S	20D66735	20; 100; 200 (мкл)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	3
			20C36028	10; 50; 100(мкл)		
		ЛАНПІПЕТ	BN 29225	5; 25; 50 (мкл)		
50	Дозатор піпетковий 1-канальний з регульованим об'ємом дози	ДПОП-1	413188	20; 100; 200 (мкл)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	3
			487866	100; 500; 1000 (мкл)		

		LLG	PL309563	5; 25; 50 (мкл)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
51	Мікрошприц	M-10H	б/н	1; 5; 10 (мкл)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	4
		Hamilton80300	701N	1; 5; 10 (мкл)		
		Hamilton80135	7001	1 (мкл)		
		Hamilton80500	705N	10; 50 (мкл)		
52	Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози	LLG	RD762455	100; 500; 1000 (мкл)		6
			RA676619	10; 50; 100(мкл)		
			RD762421	1000; 5000; 10000(мкл)		
			RA676662	10; 50; 100 (мкл)		
			RB690710	100; 500; 1000 (мкл)		
			RB690792	10; 50; 100 (мкл)		
53	Інкубатор	3M Attest	322245	56,64 (°C)		1
54	Інкубатор лабораторний	UB 12	50061000/41113729	56,64 (°C)		4
		UB 6	50060896/41113732	70 (°C)		
			50060896/41113733	70 (°C)		
		UT 12 P	50042306/41113743	250 (°C)		
55	Інкубатор з природньою конвекцією	EN 120N	03.3138	28; 37; 40 (°C)		15
			03.3180	28; 37; 40 (°C)		
			03.3129	28; 37; 40 (°C)		

			03.3137	28; 37; 40 (°C)	
			03.3179	28; 37; 40 (°C)	
			03.3116	28; 37; 40 (°C)	
			03.3181	28; 37; 40 (°C)	
			03.3175	28; 37; 40 (°C)	
			03.3108	28; 37; 40	
			03.3106	28; 37; 40 (°C)	
			03.3114	28; 37; 40 (°C)	
			03.3143	28; 37; 40 (°C)	
			03.3156	28; 37; 40 (°C)	
			03.3084	28; 37; 40 (°C)	
			03.3174	28; 37; 40 (°C)	
56	Кондуктометр /рНметр	XS PC50 Violab Complette kit	251761014	4; 7; 9 ((pH))	1

57	Нітратомір лабораторний	И-160М	170017	2; 3; 4 (рХ)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	1	
58	Нітратомір	Н-405	122007	2; 3; 4 (рХ)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	3	
			110906	2; 3; 4 (рХ)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112		
		НМ-002	15298	2; 3; 4 (рХ)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7		
59	Іономір	рХ-150.1МІ	2865	2; 3; 4 (рХ)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	2	
		И -130	1164	2; 3; 4 (рХ)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11		
60	Іономір-нітратомір	ИТ-1201	119	2; 3; 4 (рХ)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1	
61	Іономір лабораторний	ЭВ-74	2255	4; 7; 9 (рН)		5	
		И-160 МИ	247	4; 7; 9 (рН)			
			704	2; 3; 4 (рХ)			23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17
			347	4; 7; 9 (рН)			
			1663	2; 3; 4; 7; 9 (рН)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17		
62	Іономір-рН-метр-мілівольтметр	рН-150М	8368	4; 7; 9 (рН)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2	
		рН-150	1375	4; 7; 9 (рН)			
63	Іономір-рН-метр	рН-150МИ	4003	4; 7; 9 (рН)		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	3
			8155	4; 7; 9 (рН)			
		MP523	2 320 020 024 411 000	4; 7; 9; 10 (рН)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56		
		2; 3; 4 (рNO3)					

64	рН-метр в комплекті з електродом	рН-150М	924	4; 7; 9; (рН)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	1
		AD1131B	10031			
65	(рН)-метр	И-160МИ	801	4, 7, 9 (рН)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	17
			1618	2, 3, 4 (рNO3)		
			1181	4, 7, 9 (рН)		
		рН-150МИ	6986	4,7,10 рН	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			3055	4; 7; 9; 10 (рН)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			№2313	4; 7; 9 (рН)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			4973	4; 7; 9(рН)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			451	4; 7; 9(рН)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а	
		рН-150М	6258	4; 7; 9(рН)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			1231	4; 7; 9(рН)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
		рН-150	4869	4; 7; 9(рН)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а	

		pH-305	92302	4; 7; 9(pH)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
		MP-511	1120020017361000,00	4; 7; 9(pH)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
		PH-301	4040153	4; 7; 9(pH)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		AZ-86505	S\N 10362675	4; 7; 9(pH)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		(pH)-025M	б/н	4; 7; 9; 10 (pH)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		AB33PH	C341915086	4; 7; 9; 10 (pH)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
66	pH-метр лабораторний	I-130	3328	4; 7; 9(pH)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	1
67	Лазерний далекомір	Bosch GML 40 Profesional	325309531	10; 20; 40 (м)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
68	Лінійка розмічувальна вимірювальна	ЛРИ-500	932	50; 250; 500 (мм)		4
		Л-1000 ГОСТ 427-75	б/н	50; 500; 1000 (мм)		
		Л-1000	б/н	50; 500; 1000 (мм)		
		500мм.	б/н	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
69	Лінійка вимірювальна металева (0-300 мм)	ГОСТ 427-75	б/н	100; 200; 300 (мм)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	1
70	Лінійка	ММ	б/н	100; 250; 500 (мм)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	1

71	Манометр електроконтактний	ЭКМ-1У	395531	1; 2; 5 (кгс/см ²)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	10
			482449	1; 2; 5 (кгс/см ²)		
			182245	1; 2; 5 (кгс/см ²)		
			190512	Повірка	Жмеринський районний відділ	
			378188	1; 2; 4 (кгс/см ²)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а	
			62205	1; 1,5; 2 (кгс/см ²)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			132015	2,0; 4,0 (кгс/см ²)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			152255	1; 2; 3; 4; 5; 6 (кгс/см ²)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			255567	1; 2; 3; 4; 5; 6 (кгс/см ²)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			142942	1; 2; 3; 4; 5; 6 (кгс/см ²)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
72	Манометр до автоклава	МТП	б/н	1; 2; 5 (кгс/см ²)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	3
			б/н	1; 2; 5 (кгс/см ²)		
		МВТТ-160	846158	1; 3; 5 (кгс/см ²)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
73	Манометр технічний	МТП-160	447704	1; 2; 5 (кгс/см ²)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	5
		ОМБ1-100	1603653	1; 2; 5 (кгс/см ²)		
		МТ	218306	1; 2; 5 (кгс/см ²)		

		МВТП-160	210846	1; 2; 3; 4; 5 (кгс/см²)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			151065	1; 1,5; 2 (кгс/см²)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
74	Манометр	МВІТ-160	61195	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	17
		МВПЗ-У	б/н	1; 1,5; 2 (кгс/см²)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			1252768	1; 2; 3; 4; 5 (кгс/см²)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
		МВПЗ-УУ2	305814	1; 2; 3; 4; 5 (кгс/см²)		
			41003184	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		МВЗ-У	22003	2,0 ; 4,0 кгс/см²	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
		МВ ПВ	№1698205 №985614	Повірка	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
		ЕКМВ -14	472990	1; 2; 3 (кгс/см²)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, ба	
		ОБМІ-100	2741133	1; 2; 3 (кгс/см²)		
		ДМ05-МП-3П	8108	2; 3; 6 (кгс/см²)		
		ДМ2005Cr	б/н	1; 1,5; 2 (кгс/см²)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		ОБМБ1-100-У	292115	0,2; 0,5; 0,9 (кгс/см²)		

		ДМ 2005 Cr УЗ	Б/н	2,0; 4,0 (кгс/см²)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			171207	1; 2; 3; 4; 5; 6 (кгс/см²)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
		ДМ2010crУ2	42739148	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		ОБМВ-1006	1438606	1; 2; 3; 4; 5 (кгс/см²)	23400 с-ще Муровані Курилівці, вул.Жовтнева, 87а	
		БК-75	22812006	110; 132; 140 (°C) 145; 225; 360кПА		
75	Мішалка магнітна	ММ-5	12079	200; 400; 800 (об/хв)		2
			10469	200; 400; 800 (об/хв)		
76	Орбітальний шейкер	OS-20 BIOSAN	ОВ0804004	50; 100; 250(об/хв)		1
77	Центрифуга	Combispin FVL-2400N	010202-1006-0418	2800(об/хв)		22
			010202-1006-0412	2800(об/хв)		
			010202-1012-0734	2800(об/хв)		
		ОПН-8 УХЛ 4.2	4377	1000; 4000; 8000(об/хв)		
			9644	1000; 4000; 8000(об/хв)		
		ОПН-3 УХЛ	8769	1000; 1500(об/хв)		
		СМ-50	1940047P	5000; 13000 (об/хв)		
		MicroSpin FV-2400	500910020	2800(об/хв)		
			500910012	2800(об/хв)		
		ОС-6М УХЛ 4.2	9270	1000; 1500(об/хв) 300; 600(с)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	

		Allsheng iCEN-24	140-20959-20070003	13000(об/хв) 300; 600(с)	
			140-20959-20090004	10600; 12000(об/хв) 300; 600(с)	
			140-20959-20070004	10600; 12000(об/хв) 300; 600(с)	
			140-20959-20070005	5000; 13000(об/хв) 300; 600(с)	
			140-20959-20090005	5000; 13000(об/хв) 300; 600(с)	
		NF-800R	03-0642	1500; 2000; 3000(об/хв) 60(с)	
		MicroSpin 12	010213-2005-0379	2800; 13000(об/хв) 300; 600(с)	
		Micro 220R	000-13	13000; 16000 (об/хв) 60(с)	
		Micro-Spin FVL-2400	010202-2007-0737	2800 (об/хв)	
			010202-2007-0738	2800 (об/хв)	
			010202-2007-0739	2800 (об/хв)	
			010202-2007-0740	2800 (об/хв)	

78	Центрифуга лабораторна	ЦЛТУ-1 «Орбіта»	528	1500 (об/хв); 60 (с)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	15
			219	1300; 1500 об/хв	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		ЦЛТУ-1	646	1450 об/хв	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			655	1500 об/хв	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
		ЦЛК-1	7522	1000; 1500; 3000 (об/хв)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			6367	1000; 1500; 3000 (об/хв)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			791	1000; 1500; 3000 (об/хв)		

					22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			818	1000; 1500; 3000 (об/хв)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
		ОПН-3	№3310	1000, 1500 (об/хв)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			3365	1000, 1500 (об/хв)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			3325	1000, 1500 (об/хв)		
		ОПН-8	9247	1000; 4000; 8000 (об/хв)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			108881	1000; 4000; 8000 (об/хв)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			8862	1000; 4000; 8000 (об/хв)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
		СМ-3	202405597	1500, 2000 (об/хв)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
		79	Центрифуга лабораторна молочна з ме-ханічним приводом	ЦЛМП-24	130105	
№108887	1420 (об/хв)				24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
80	Прилад для струшування	АВУ-1	134	100, 120 (об/хв)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	3
		АВУ-6С	39	100, 120 (об/хв)		
			172	100, 120 (об/хв)		
81	Рефрактометр	УРЛ-1	87-28383	1,47818; 1,54046		4
			87-31056	1,47818; 1,54047		
		РПЛ-3	73-2632	1,40291; 1,47279	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	

		УРЛ	8731053	1,47818; 1,54046; 1,61264; 1,65724	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
82	Рулетка вимірювальна	P5Y3K	1127	1000; 2000; 3000; 5000 (мм)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2
		5 м.	б/н	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
83	Секундомір механічний	СОСпр-26-2-000	2308	30; 60; 1800 (с)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	6
		СОСпр-26-000 «Агат»4295Б	6054	30; 60; 1800 (с)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
		СОС	515	30; 60; 1800 (с)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
		СОПрр-2а-2-010	5575	Циферблат секундоміра прямо 30, 60, 180 (с) Циферблат секундоміра догори 30, 60, 1800 (с)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
		СОСпр-26-2-010	3614	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		СОС пр-26	5611	30; 60; 180 (с)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
84	Секундомір-таймер електронний	TFA	1	30; 60; 1800 (с)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
85	Стерилізатор повітряний	ГП-80	2309	112 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	15
			2359	112 (°C)		
			1936	160;0 180;0(°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			2371	160;0 180;0(°C)		
			2342	112 (°C)	23400 с-ще Муровані Курилівці, вул.Жовтнева, 87а	
			19394	110;0°С	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
				150;0°С		
			2271	110;0°С		

				150;0°C		
			2364	110; 120;160(°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			22103	160(°C); 180(°C)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
		ГП -320	8241	120-180° C	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		Мізма	№17305	120; 160; 180(°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
		ГП-40-01	2311	120; 160; 180(°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		ГП-40	19680	160;0; 180;0(°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			25168	120; 160; 180(°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			9213	110; 120;160(°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
86	Стерилізатор паровий	БК-30	875	120; 125; 130(°C)	23400 с-ще Муровані Курилівці, вул.Жовтнева, 87а	17
			1916	120; 125; 130 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			1939	120; 125; 130(°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
		БК-75-01	4440	120; 132(°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			790410	120; 132(°C)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			1585	120; 132(°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
		БК-75	1044	1кгс/см; 120°C	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			76	2кгс/см; 132°C		
			1138	120; 132(°C)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			4536	120; 132(°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			№478	120; 132(°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			№473	120; 132(°C)		

			921	120; 132(°C)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7		
			67	120; 125;130(°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5		
			PS QVA EV 100	4833	110; 132; 140(°C) 145; 225; 360(кПа)		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
				4832	110; 132; 140(°C) 145; 225; 360(кПа)		
			ГК-100-3М	103	120;00 ; 132;00(°C)		24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17
87	Автоклав лабораторний	Beijing Baixiang HS90	23090276	121; 134 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	3	
			23090404	121; 134 (°C)			
		HS 90	23090272	121; 134 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17		
88	Спектрометр атомно- абсорбційний	ContrAA 800 D	10161070262AW0406	Діапазон настройки температури від 1°С до 3000°С	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1	
				Об'єм проб 50 мкл до 3 мг			
				108 позицій для проб			
89	Термометр лабораторний	ТЛ-2	153	-10; 20; 50(°C)		30	
			169	40; 90; 130(°C)			
			83-1	50; 100; 150(°C)			
			194-2	40; 90; 130(°C)			
			87	40; 90; 130(°C)			
			6	50; 120; 160 (°C)			
			7	50; 100; 150(°C)			
			58	-10; 25; 55(°C)			

			20	40; 110; 160(°C)	
			73	50; 100; 150(°C)	
			142	40; 90; 130(°C)	
			25	100; 120; 155 (°C)	
			75	10; 25; 50 (°C)	
			81	10; 25; 50 (°C)	
			173	10; 25; 50 (°C)	
			133-8	10; 25; 50 (°C)	
			105	50; 100; 150 (°C)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
			75	15°; 40°; 90(°C)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
			20	15°; 40°; 90(°C)	
			59	15°; 40°; 90(°C)	
			б/н	120; 140°C	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2
			178	50; 100; 150 (°C)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
			169-8	30°C	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17
			224	0; 50; 100 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56
		ТЛ-2М ТУ 25- 2021.003-88	g74	3; 5; 44,6 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2
		ТЛ-2М	132	50; 100; 150 (°C)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
			107-4	50; 100; 150 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56
		ТЛС-2	7681	50; 100; 150 (°C)	

			6558	50; 100; 150 (°C)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а	
			1623	50; 100; 250 (°C)		
90	Термометр ртутний	ТЛ-4	929	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	26
			60	Повірка		
			350	Повірка		
			1565	Повірка		
			342	Повірка		
			1730	5; 25; 42 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			907	15; 25; 42 (°C)		
			261	15; 25; 42 (°C)		
			365	15; 25; 42 (°C)		
			21	15; 25; 42 (°C)		
			249	37; 42 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			299	37; 42 (°C)		
			2078	0; 25; 50 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			2161	0; 25; 50 (°C)		
			1841	37; 44 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			715	15; 25; 42 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			41	14; 28; 42 (°C)		
			51	15; 30; 40 (°C)		
			190-5	22; 34; 45 (°C)		

			1489	15; 30; 40 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			1630	17; 25; 45 (°C)		
			4570	15; 25; 42 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			4417	15; 25; 42 (°C)		
			2490	0; 25; 50 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
	СП-8	203	0; 25; 45 (°C)			
		ТС	51	0; 50; 100 (°C)		
91	Термометр скляний	ТС-7-М1	47513	0; 20 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	27
			78071	35; 95; 150 (°C)		
			44059	–10; 5; 15 (°C)		
			57	–5; 5; 15 (°C)		
			70566	–5; 5; 15 (°C)		
			77132	–10; 5; 15 (°C)		
			77363	–10; 0; 10 (°C)		
			76204	–15; 5; 20 (°C)		
			30207	–5; 5; 20 (°C)		
			56381	–10; 10; 20 (°C)		
			46604	–5; 5; 15 (°C)		
			46053	–5; 5; 15 (°C)		
			1428	–16; 2; 15 (°C)		
			34349	–10; 7; 18 (°C)		
			36889	–10; 5; 25 (°C)		
			44820	–16; 6; 21 (°C)		
			47540	–15; 5; 20 (°C)		
				–5; 5; 15 (°C)		
				–10; 6; 20 (°C)		
			48835	–5; 5; 15 (°C)		
			48886	–5; 5; 20 (°C)		

			50187	−10; 0; 10 (°C)		
			51169	−5; 5; 20 (°C)		
			52743	−14; 6; 23 (°C)		
			55478	−30; 0; 30 (°C)		
			64247	−20; 5; 8 (°C)		
		ТС-7-М1 вик.6	6490	−20; 5; 8 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		ТС-7-М	71468	−20; 5; 8 (°C)		
			85690	−20; 5; 8 (°C)		
92	Термометр електроконтактний (ГХ)	ТЭК	43	80; 100; 150 (°C)	м.Могилів-Подільський	6
			85-10	100; 130; 145 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		TOL	12/86	0; 50; 100 (°C)		
		ТПК-М	10-723	100, 250, 300°C		
		ТПК	24-718	100; 150; 200 (°C)		
			45-44	100; 250; 300 (°C)		
93	ТермометрМаксимальний (0-150°C)	ТП-7	№136	50; 120 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	6
			№ 139	50; 120 (°C)		
			141	50; 100; 150 (°C)	Калинівське відділення	
			104	50; 120 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			134	50; 120 (°C)		
			88	71; 82; 90 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
94	Термометр технічний	ТТЖ-М	91095	55; 100; 135 (°C)		15
			23335	50; 110; 160 (°C)		
			25485	50; 110; 160 (°C)		

			4692	50; 110; 160 (°C)		
			4620	50; 110; 160 (°C)		
			95713	50; 110; 160 (°C)		
			№58	50; 110; 160 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			055-49	50; 150; 200 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			61234	20; 50; 100 (°C)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, ба	
			1625	180 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			85532	110 (°C)		
			759	120 (°C)		
		ТТЖ-М	б/н	50; 110; 160 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		ТТ	б/н	50; 110; 160 (°C)		
		ТТЖ-Мрт	73474	120 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
95	Термометр для спецкамер низькоградусний	СП-100	37579	−45; −20; 10 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
96	Термометр ртутний максимальний	СП 83	238	50; 150; 220 (°C)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, ба	8
			603	Повірка	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			379	Повірка		
		СП-83М	814	40; 90; 130 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			854	40; 90; 130 (°C)		
		СП-82	170	50; 120 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			50	50; 120 (°C)		
			107	100; 135 (°C)		
97		ТТМ ТУ25-2021	010-89	60; 160 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	5

	Термометр ртутний(0-200°C)	ТТМ	б/н	161,1; 181,2 (°C)		24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			456	50; 100; 200 (°C)			
			б/н	50; 100; 200 (°C)			
			26	50; 100; 200 (°C)			
98	Термометр ртутний електроконтактний	ТПК-М	53	110 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	7	
		ТПК	б/н	110 (°C)			
			2306	50; 100; 150 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5		
			51-93	30; 100; 150 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56		
			85-79	30; 100; 150 (°C)			
			116-2	160; 180 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2		
		ТПК контр.рт	б/н	180 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112		
99	Термометр лабораторний (0-100°C)	TGL 11998	1100/2210	4; 45(°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	2	
		TGL	27851	12; 30; 40 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11		
100	Термометр	ТСЖ-Т	847	-20; 5; 20 (°C)		21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	19
		КШ 14/23	190	71; 82; 90 (°C)			
		СП-27	252	10; 25; 40 (°C)			
		СП-64	428	30; 40; 50 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5		
		ТЗК ГОСТ9871-75	1	130; 140 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2		
		ТТ	24	37; 42 (°C)			
			192	30; 37 (°C)			
			56	158,8; 178,6 (°C)			
			б/н	30; 100; 150 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5		
			285	50; 100; 150 (°C)			
11	105; 130 (°C)		22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7				

			629	30 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			183	35; 95; 140 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		ТТ-13	639	30; 40; 50 (°C)	23400 с-ще Муровані Курилівці, вул.Жовтнева, 87а	
		ТТ-19	539	30; 40; 50 (°C)		
		ТТ рт	133	210 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
		ГОСТ 2823-59	64-6	30; 40; 70 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			35-Т	30; 50; 80 (°C)		
			151-2	50; 150; 200 (°C)		
101	Сито лабораторне	СЛМ-200	4436	0,56 (мм)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	10
		СЛМ-201	4301	0,63 (мм)		
		СЛМ-200	4701	0,8 (мм)		
		СЛП-200	3536	1,5 (мм)		
		СЛП-200	3553	4,0 (мм)		
		СЛП-200	2965	5,0 (мм)		
		СЛП-200	3550	8,0 (мм)		
		СЛП-200	3575	10,0 (мм)		
		СЛ-200	18994	1,2×20 (мм)		
		СЛ-200	18992	2,5×20 (мм)		
102	Сито		7302	0,355 (мм)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	7
			6976	0,45 (мм)		
			33102	2,5 (мм)		
			7053	1 (мм)		
			6856	2,5 (мм)		
			6774	1,5 (мм)		
			4969	2,5 (мм)		
103	Сита для харчових продуктів	Д 200Н-38 мм	б/н	38 (мм)	м.Ямпіль	2
		Д 200Н-50 мм	б/н	50 (мм)		

104	Термостат	Avantgarde BD 56	20200000008407,00	72(°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2
		TDB-120	660909002	60; 65 (°C)		
105	Термостат сухоповітряний	TC-80	21105	37; 42; 47 (°C)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	55
			1249	37; 42 (°C)		
			8292	37; 43 (°C)		
			2312	30 (°C)		
				37 (°C)		
				55 (°C)		
			№1929	30; 37; 55 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			2186	30 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
				37 (°C)		
				55 (°C)		
			6872	42 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			5910	30 (°C)		
			217	30; 37 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			2475	37; 42; 55 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			25067	37; 43; 50; 55 (°C)		
			20155	30; 37 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			20175	24; 37 (°C)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			1399	37 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
		TC-80M	3149	37 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			№1640	37; 42; 55 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			№2442	37; 42; 55 (°C)		

			167	30; 37 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17
			№2357	37; 42; 55 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40
			5194	37; 42; 55 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5
			4129	37; 42; 55 (°C)	
			8185	37; 42; 55 (°C)	23400 с-ще Муровані Курилівці, вул.Жовтнева, 87а
		ТВ-80	31	34; 42 (°C)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17
		ТС-80М-2	1729	30; 37; 43 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
			4355	30; 37; 43 (°C)	
			256	37; 42 (°C)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7
			11033	30; 37 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17
			1926	30; 37 (°C)	
			31069	37; 42; 55 (°C)	23400 с-ще Муровані Курилівці, вул.Жовтнева, 87а
			2325	37; 42; 55 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5
			2251	37; 60 (°C)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17
			259-1210	37; 60 (°C)	
		ТС-80 М-3	100-1208	37 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56
			09-0208	37 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2
		ТС-1/80СПУ	9427	37; 60 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56
			31745	30 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112
			31233	43 (°C)	
			27204	37 (°C)	
			4199	37 (°C)	
			3928	22 (°C)	
			5486	30; 37; 55 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11

			5474	30; 37; 55 (°C)		
			№15021	30; 36; 40 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			31334	30; 37; 43 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			21009	30; 36; 40 (°C)		
		ТСО- 1/ 80 СПУ	5570	30; 37; 55 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			4392	22 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			33693	37 (°C)		
			4238	30; 37 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			3144	21; 37; 60 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			4319	21; 37; 60 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			31319	37; 60 (°C)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			4712	37; 60 (°C)		
			3483	20 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		ТСО-1/80М СПУ	№4901	20 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
106	Термостат водяний	3Ц – 1125М	357	30; 37; 45 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	5
		3С-1125М	№6102	30; 37; 45 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			№0110	30; 37; 45 (°C)		
			№028	30; 37; 45 (°C)		
		1ТЖ-0-03	146	20 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	

107	Автоклав	HS90	101200	132; 137 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	1
108	Термоміксер	EF4285B	5355zj047007	200; 500; 1400 (об/хв)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
109	Термошейкер	PST-60HL-4	450910016	37; 42 (°C)		2
		PST-60HL-4	450811031	37; 42 (°C)		
110	Фотометр фотоелектричний	ULAB	9006962	405; 540; 620 (нм)		23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17
		КФК-2	8813280	405; 540 (нм)		
			8912690	540 (нм)		
			8712663	400; 540(нм)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
		КФК-2МП				8800215

		КФК-3	9113603	400; 540; 680; 720 (нм)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			9112999	400; 540; 680; 720 (нм)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			9600846	400; 540; 680; 720 (нм)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			9501150	400; 540; 680; 720 (нм)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			9006600	400; 540; 680; 720 (нм)		
			9113603	400; 540; 680; 720 (нм)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
			9000166	400; 540; 680; 720 (нм)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		КФК-3-01 ЗОМЗ	1070012	400; 540; 680; 720 (нм)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
		КФК-3-01	800615	400; 540; 680; 720 (нм)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
111	Фотометр	Екотензор03	1371	100; 500; 1000 (лж)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
112	Спектрофотометр	V-1200	VEC 0811008	405; 540 (нм)		11

			37-2236	340; 405; 470; 500; 520; 540; 570; 600; 620; 670; 800; 850; 960 (нм)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112
			37-2236	340; 405; 470; 500; 520; 540; 570; 600; 620; 670; 800; 850; 960 (нм)	
		V-1600	VED- 0808018	340; 545; 630 (нм)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11

		TEC 0693	511	100; 300; 500 (лж)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56
			174	100; 300; 500; 1000 (лж)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
			542	64; 120; 400; 1000 (лж)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а
		Ulab-101	HC2008063	430; 530; 740; 808 (нм)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17
			HC2505044	430; 530; 740; 808 (нм)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5
		ULAB-102	VEC 0906024	340; 545; 620 (нм)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
			VEK 090628	405; 472; 540 (нм)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а

113	Атомно- апсорбційний спектрофотометр	С-115-М1	14-98	Cu; Cd; Pb; Zn; Fe; Co; Ni; Mn (мкг/дм³)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	2	
			102-90	Cu; Cd; Pb; Zn; Fe; Co; Ni; Mn (мкг/дм³)			
114	Шафа сушильна	СП-100К	AS0673472	100; 105; 130 (°C)			13
			AS0673642	100; 105; 130 (°C)			
			AS0673643	100; 105; 130 (°C)			
			AS0673646	100; 105; 130 (°C)			
			AS0673650	100; 105; 130 (°C)			
			AS0673661	100; 105; 130 (°C)			
			AS0673660	100; 105; 130 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11		

			AS0673649	100; 105; 130 (°C)		
			AS0673644	100; 105; 130 (°C)		
			AS0673471	100; 105; 130 (°C)		
		DHG-9030A	9067940	105; 130 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
		СЕШ-3М	3509	130; 150 (°C)		
			4076	105; 130 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
115	Шафа сушильна електрична	2В-151	6383	110; 130; 134 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	16
			131	105; 140; 180 (°C)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			2835	105; 140; 180 (°C)		
			16	105; 130; 150 (°C)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
			133	100 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
				200 (°C)		
			9200	110 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			1650	180 (°C)		
			95	105; 110 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			94	103; 160; 180 (°C)		
			54	35; 85; 105; 110; 120; 180 (°C)		
			9864	103; 160; 180 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			2748	103; 160; 180 (°C)		
			6148	103; 150 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			3294	103; 150 (°C)		
			2895	103; 150 (°C)		
			7004	100; 105; 130 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
116		ШСС-80	3893	180 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	6

	Шафа сушильно-стерилізаційна		1444	100; 150; 180 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
		ШСС-80П	694	160; 180 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			2458	160; 180 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			3062	160; 180 (°C)		
			4839	100; 105 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
117	Електро піч лабораторна	СНОЛ-1,6,2,5.1/11-ІЗ	20658	450; 600 (°C)		10
		СНОЛ1.6.2,5.1	21491	250; 600; 850 (°C)		
		СНОЛ	2691	200; 450 (°C)		
		SNOL 7,2/1100	2711	150; 250; 350; 450; 600; 800 (°C)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
			2335	500; 800 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			5334	300; 450; 575 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	
			2674	450; 500 (°C)		
		5634	300; 450; 575 (°C)			
		СНОЛ 58/350-І4А	2988	60; 80; 100 (°C)		
		СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-І1	34850	50; 150; 250; 350 (°C)	4	
118	Шафа-Електропіч низькотемпературна	SNOL 24/200	2778	110; 160; 180 (°C)		
			2453	105; 160; 180 (°C)		
			2776	105; 160; 180 (°C)		
			2856	100; 200 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
119	Шафа-Електропіч муфельна	Снол	14734	110; 160; 179 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	2
		СНОЛ-15/1100	1-586	500; 600 (°C)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	

120	Прилад для контролю температури	BC141	8220	1; 4 (°C)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	1
121	Термологер	Fridge-tag 2E	100600041341,00	Повірка/калібрування		7
			100600041770,00	Повірка		
			100600041337,00	Повірка		
			100400158834,00	Повірка		
		Fridge-tag 2	130600205964,00	Повірка		
		Fridge-tag 3	130600205969,00	Повірка		
		Fridge-tag 4	130600207015,00	Повірка		
122	Люксметр	Testo 540	83647494/0623	200; 300; 500; 800 (лк)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	7
			39083489/805	200; 600; 1000 (лк)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
			83652642/0224	200; 600; 1000 (лк)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
			39083118/804	100; 500; 1000 (лк)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	
		Ю-117	6039	50; 250; 500 (лк)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		ТМ-202	200100690	100; 500; 1000 (лк)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		Ю-116	10220	300; 600; 1000 (лк)		
123	Пробовідбірник	Тайфун МС	1232	1; 2 (дм³/хв) 2; 10; 20 (дм³/хв)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а	21
			815	0,5; 1; 2 (дм³/хв)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
		P-100	436	10; 50; 100 (дм³/хв)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11	

			493	20; 40; 60; 80; 100 (дм³/хв)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112
		Р 40	2167	20; 25; 30; 35; 40 (дм³/хв)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, ба
			1961	20; 25; 30; 35; 40 (дм³/хв)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11
			2194	20; 25; 30; 35; 40 (дм³/хв)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2
			1956	20; 25; 30; 35; 40 (дм³/хв)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17
			1776	20; 25; 30; 35; 40 (дм³/хв)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112
			2091	20; 25; 30; 35; 40 (дм³/хв)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56
			№2015	20; 25; 30; 35; 40 (дм³/хв)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40
			Тайфун Р 20-20- 2-2-ДМ	306	
		260		А - 1; 10; 20 (дм³/хв) В - 1; 10; 20 (дм³/хв) С - 0,05; 1,5; 2 (дм³/хв) D - 0,05; 1,5; 2 (дм³/хв)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112
		122		0,50; 2,00; 5,00; 10,00; 20,00 (дм³/хв)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11
		Тайфун Р-20-20- 2-2	261	1; 10; 20 (дм³/хв)	21100 м. Вінниця, вул.Малиновського 11
		Тайфун Р-20-2	2047	1; 10; 20 (дм³/хв)	
			510	1; 10; 20 (дм³/хв)	
			1936	1; 10; 20 (дм³/хв)	
		Р 20-2	1660	1; 10; 20; 1,5; 2 (дм³/хв)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112
		Р 20	316	1,0; 1,5; 2,0; 10,0; 20,0 (дм³/хв)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17
		Р 2-2	560	1,0; 1,5; 2,0; 10,0; 20,0 (дм³/хв)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17
		Р 40	2168	20; 30; 40 (дм³/хв)	
124	Ротаметр	Р 20	37	2; 10; 20 (дм³/хв)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7
			153	2; 10; 20 (дм³/хв)	
			537	2; 10; 20 (дм³/хв)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2
			274	2; 10; 20 (дм³/хв)	
		Р 1	б/н	0,5; 1,0 (дм³/хв)	

9

			б/н	0,5; 1,0 (дм³/хв)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	
			329	0,5; 1,0 (дм³/хв)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
			284	0,5; 1,0 (дм³/хв)		
125	Динамометр	ДПУ -0,02-2	3749	29; 98; 196 (Н)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	2
			2839	29; 98; 196 (Н)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	
126	Денситометр	DENSI-2	325/07	0,5; 1,0; 2,0 NTU (НОК)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а	5
			410108	0,5; 1,0; 2,0 NTU (НОК)	23100 м.Жмеринка вул. М.Драгоманова, 17	
		DEN-1	5010224030063,00	0,5; 2,0 NTU (НОК)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
			5010223100702,00	0,5; 2,0 NTU (НОК)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
			5010223070482,00	0,5; 2,0 NTU (НОК)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	
127	Кататермометр шаровий	шаровий	87	33; 36; 40 (°C)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	2
		кульковий	40	33; 36; 40 (°C)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	
128	Кататермометр	F-567	112	33; 36; 40 (°C)	22000 м.Хмільник вул.Виноградна 7	4
		Г-576	223	33; 36; 40 (°C)	22100 м.Козятин, провулок Ясінського Олега, 11	
			130	33; 36; 40 (°C)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	
			148	33; 36; 40 (°C)	22400 м.Калинівка, вул.Чкалова, 6а	
129	Термопара	Ш-4540	8103746	250; 450 (°C)		1
130	Пробник Журавльова	-	2	30,32; 37,91 (мм)	24000 м.Могилів-Подільський вул.Стуса, 56	2
			Б/Н	30,1; 38,0 (мм)	24400 м.Бершадь, вул.Шевченко 17	
131	Прилад Журавльова		б/н	27 (мм)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	2
			інв.11134002	30,17; 38,09 (мм)	23700 м.Гайсин вул.Бакалова 2	

132	Прилад для визначення пористості хліба Журавльова	-	б/н	Внутрішній діаметр калібровочного циліндра: 30,32 (мм) Довжина відрізного стакану: 37,91 (мм)	23600 м. Тульчин, вул.М.Леонтовича 112	1
133	Апарат для інакти-вації сироватки	АИС	№169	30; 56; 70 (°C)	24300 сел.Тростянець, вул.Шкільна, 40	1
134	Прилад для вимірювання параметрів мікроклімату	Testo 440	85419457/ (детектор №85577530)	Температура: 0; 20; 40 (°C) Відносна вологість: 30; 50; 70 (%)	24500 м.Ямпіль, провулок Незалежності, 5	1

Примітка :

1. Результатом надання послуг є видане свідоцтво/сертифікат або відбиток тавра ЗВТ чи довідка про його непридатність.

2. Виконавець повинен мати документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав/міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання та бути акредитований на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та мати право на проведення калібрування зазначеного обладнання в предметі закупівлі – надати копію чинного атестату про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 та сфери;

3. Мати право на проведення повірки, підтверджене Свідоцтвом про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології – надати копію Свідоцтва та сфери.

4. Усі витрати з метрологічної повірки та калібрування, в тому числі транспортні витрати, пов'язані з видачою свідоцтва, довідок про повірку, витрати на відрядження, витрати, пов'язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг тощо, покладаються на Виконавця та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

*** У разі наявності посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати з виразом «або еквівалент» (таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент»**