

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Набір VITEK MS-CHCA (НК 024:2023 61643 Ідентифікація мікроорганізмів, мас-спектрометрична система IVD (діагностика in vitro), НК 031:2024 W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ),Слайди VITEK MS-DS (НК 024:2023 61643 Ідентифікація мікроорганізмів, мас-спектрометрична система IVD (діагностика in vitro), НК 031:2024 W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ),Набір VITEK MS-FA (НК 024:2023 61643 Ідентифікація мікроорганізмів, мас-спектрометрична система IVD (діагностика in vitro),НК 031:2024 W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ),Набір реагентів VITEK MS Mould (НК 024:2023 61643 Ідентифікація мікроорганізмів, мас-спектрометрична система IVD (діагностика in vitro),НК 031:2024 W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ),Контрольний штам Escherichia coli ATCC 8739 Liofilchem (НК 024:2023 63319, Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro) НК 031:2024 W01040601 - ШТАМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (QC), БАКТЕРІОЛОГІЯ))

Місце знаходження : 21018, м. Вінниця, вул. Малиновського 11.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-23-014759-a

1.Обґрунтування доцільності закупівлі. Забезпечення роботи бактеріологічної лабораторії витратними матеріалами

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

№ п/п	Найменування	НК 024:2023	НК 031:2024	Характеристика	Одиниця виміру	Кількість
1	Набір VITEK MS-CHCA	61643, Ідентифікація мікроорганізмів, мас-спектрометрична система IVD (діагностика in vitro)	W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Набір реагентів використовується з системами VITEK MS для забезпечення ідентифікації мікроорганізмів. Даний матрикс абсорбує енергію, що походить з лазера, та передає її на мікроорганізми з метою забезпечення іонізації. Склад набору – 5фл. по 0.5 мл	Шт	3
2	Слайди VITEK MS-DS	61643, Ідентифікація мікроорганізмів, мас-спектрометрична система IVD (діагностика in vitro)	W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	VITEK MS-DS пластини мішені (слайди) дають можливість здійснювати ідентифікацію мікроорганізмів у відповідності з мас-спектрометричним методом MALDI-TOF. Склад набору – 8уп. по 4 цільових слайда	Шт	2
3	Набір VITEK MS-FA	61643, Ідентифікація мікроорганізмів, мас-спектрометрична система IVD (діагностика in vitro)	W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Набір реагентів використовується з системами VITEK MS VITEK MS-FA. Використовується для попереднього тестування дріжджів з метою спрощення процесу їхньої ідентифікації у відповідності з мас-спектрометричним методом MALDI-TOF. Склад набору – 5 фл. по 0.5 мл	Шт.	1
4	Набір реагентів VITEK MS Mould	61643, Ідентифікація мікроорганізмів, мас-спектрометрична	W02039085 - РІЗНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ	Набір VITEK MS Mould для ідентифікації цвілевих грибів містить у своєму складі реагенти та витратні матеріали, необхідні для обробки зразків шляхом	шт	1

		система IVD (діагностика in vitro)	И – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	екстракції та інактивації білків з метою ідентифікації цвілевих грибів. Склад набору: R1 - Етанол (готовий до використання, 70%), R2 - Мурашина кислота (готова до використання, 70%), R3 - Ацетонітрил (готовий до використання, 100%), RBT - 2-мл пробірки з круглим дном (2 шт. по 50 одиниць)		
5	Контрольний штам Escherichia coli ATCC 8739 Liofilchem	63319, Загальний контрольний матеріал ідентифікації мікроорганізмів IVD (діагностика in vitro)	W01040601 - ШТАМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (QC), БАКТЕРІОЛ ОГІЯ	Ліофілізовані мікроорганізми знаходяться у флаконах, що можуть герметизуватися повторно. Кожен з флаконів містить в собі по п'ять (5) ліофілізованих кульок одного штаму мікроорганізму, та підсушувач з метою недопущення небажаного формування вологи. Кожна ліофілізована суспензія мікроорганізмів відповідає 4 пасалям з вихідної культури. Продукція має бути вироблена відповідно до норм ISO 9001. Колекція походження мікроорганізму має бути ліцензована ATCC (надати паспорт штаму в складі тендерної документації)	шт.	1

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення. згідно кошторисних призначень на 2026 рік.

4. Обґрунтування очікуваної вартості. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформовано з урахуванням комерційних пропозицій.

Очікувана вартість предмету закупівлі **8289700,00** грн. без ПДВ

Т.в.о. генерального директора

Начальник сектору закупівель



Олександр ЗАГОРУЙКО

Світлана ЛЕБІДЬ